



令和5年度 自動細菌同定感受性検査装置及び細菌検査システム導入

金抜設計書

物品番号 2023102800

物品名 令和5年度 自動細菌同定感受性検査装置及び細菌検査システム導入

納入場所 加東市家原85番地（加東市民病院）

令和5年度 自動細菌同定感受性検査装置及び細菌検査システム導入

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	自動細菌同定感受性検査装置及び細菌検査システム		1	式			別紙仕様書
	【構成】						バイオメリュー・ジャパン(株)製品
①	自動細菌同定感受性検査装置	バイテック2コンパクト 30	1	式			装填枚数30カード
②	細菌検査システム	BIOLINK NEO	1	式			
	(②の内訳)						
	BIOLINK NEOシステムライセンス		1	式			
	BIOLINK NEOシステムPC		1	式			
	他ハード		1	式			
	SQL Serverライセンス		1	式			
	標準導入作業・交通・その他経費		1	式			
	事前打ち合わせ対応費		1	式			
	導入サポート対応費		1	式			
	小計						
	消費税相当額		10	%			
	合計						

令和5年度 自動細菌同定感受性検査装置及び細菌検査システム導入
仕 様 書

1 総則

- (1)本仕様書は、加東市（以下「市」という。）が調達する物件に関し、必要な事項を定める。
- (2)受注者は、契約に当たり本仕様書を承認し、不明な点については市に質問し、十分に熟知したうえで契約すること。

2 業務名

令和5年度 自動細菌同定感受性検査装置及び細菌検査システム導入

3 納入期限

令和6年1月31日まで

4 納入場所

加東市家原85番地 加東市民病院（臨床検査科）

5 調達物件の名称・規格及び数量に関する事項

調達する物件は下記のとおりとする。

品名・規格	数量
ビオメリュー・ジャパン(株)製品 自動細菌同定感受性検査装置 バイテック 2 コンパクト 30 細菌検査システム BIOLINK NEO ※内訳は設計書に記載	1 式

6 納入に関する事項

- (1)納入の日時については、市と十分に調整を行うこと。
- (2)関係部署と調整のうえ、指定された場所へ納入すること。
- (3)院内では診察・検査等が行われている場合があるため、これらの妨げにならないように十分注意すること。
- (4)患者や来院者等に接触することがないように安全面に十分注意すること。
- (5)院内の設備等を損傷することがないように、また納入物件を破損することがないように管理面に十分注意すること。
- (6)納入時には物件の使用方法、保証内容、附属品等の説明を十分に行うこと。

7 支払いに関する事項

調達価格決定後、リース会社を選定し、リース契約を行う。

8 その他

本仕様書に定めのない事項については、市と受注者で協議のうえ定めるものとする。