



令和6年度 解析機能付きセントラルモニタ購入

金抜設計書

物 品 番 号 2024009900

物 品 名 令和6年度 解析機能付きセントラルモニタ購入

納 入 場 所 加東市家原85番地（加東市民病院）

兵庫県 加東市

[illegible]

令和6年度 解析機能付きセントラルモニタ購入

1

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	解析機能付きセントラルモニタ		1	式			別紙仕様書
	【構成】						日本光電工業㈱製品
	医用テレメータ 受信機16床分組込済	WEP-1650	1	台			
	レコーダユニット	WS-140P	1	台			
	レコーダホルダ WEP-1000シリーズオプション	DH-140P	1	個			
	架台 WEP-1000シリーズオプション	KC-140P	1	台			
	アンテナ基台	ZA-023P	1	台			
	ネームプレート	DP-160P	1	個			
	バッテリーパック	SB-950P	1	個			
	送信機	ZS-630P	12	個			
	電極リード線 3電極 BR-903P 3 リードクリップ式 長さ0.8m	K911	17	本			
	エバートレース(記録紙) FQW50-2- 100 20m 100mm折	A721	1	冊			
	フィンガーグローブ TL-201T2 コード長 1.6m 成人用/小児20kg以上 手指用	P225F	17	本			
	ベッドサイドモニタ	PVM-4763	2	台			
	架台	KC-470P	2	台			
	アダプタ	DH-470P	2	個			
	フック	DZ-470P	2	個			

令和6年度 解析機能付きセントラルモニタ購入

2

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
	バッテリーパック	SB-470P	2	個			
	ディスプレイケーブル TL-271T コード長0.8m	TL-271TM-24(24本入)	1	箱			
	エアウェイアダプタ YG-111T	R804(30個入)	1	箱			
	ネイザルアダプタ YG-122T 鼻/口呼吸用	V923(30個入)	1	箱			
	PVM設置調整費	#INST-PVM-MULTI	2	式			
	WEP設置調整費	#INST-WEP	1	式			
	ZS設置調整費	#INST-ZS-MULTI	12	式			
	2階病棟アンテナ追加工事		1	式			
	3階病棟アンテナ工事(15本構成)		1	式			
	4階病棟アンテナ工事(15本構成)		1	式			
	小 計						
	消費税相当額		10	%			
	合 計						

令和 6 年度 解析機能付きセントラルモニタ購入
仕 様 書

1 総則

- (1) 本仕様書は、加東市（以下「市」という。）が調達する物件に関し、必要な事項を定める。
- (2) 受注者は、契約に当たり本仕様書を承認し、不明な点については市に質問し、十分に熟知したうえで契約すること。

2 業務名

令和 6 年度 解析機能付きセントラルモニタ購入

3 納入期限

令和 6 年 7 月 3 1 日まで

4 納入場所

加東市家原 8 5 番地 加東市民病院（1 病棟）

5 調達物件の名称・規格及び数量に関する事項

調達する物件は下記のとおりとする。

品名・規格	数量
日本光電工業(株)製品 医用テレメータ WEP-1650（16 人用） ※内訳は設計書に記載	1 式

6 納入に関する事項

- (1) 納入の日時については、市と十分に調整を行うこと。
- (2) 関係部署と調整のうえ、指定された場所へ納入すること。
- (3) 院内では診察・検査等が行われている場合があるため、これらの妨げにならないように十分注意すること。
- (4) 患者や来院者等に接触することがないように安全面に十分注意すること。
- (5) 院内の設備等を損傷することがないように、また納入物件を破損することがないように管理面に十分注意すること。
- (6) 納入時には物件の使用方法、保証内容、附属品等の説明を十分に行うこと。

7 その他

本仕様書に定めのない事項については、市と受注者で協議のうえ定めるものとする。