



令和7年度 デジタルX線画像診断システム更新

金抜設計書

物 品 番 号 2025081400

物 品 名 令和7年度 デジタルX線画像診断システム更新

納 入 場 所 加東市家原85番地（加東市民病院）

兵庫県 加東市

[illegible]

令和7年度 デジタルX線画像診断システム更新

1

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	ConsoleAdvance及びEX-Mobile		1	式			別紙仕様書
	【内訳】						富士フイルムメディカル(株)
	ConsoleAdvance/DR-ID300CL	HP Elite SFF 800 G9 Desktop PC	2	台			
	タッチパネルモニタ17インチ	FDS1782T	2	台			
	増設用LAN基盤	7800DT以外用	2	台			
	拡張ユニットEX-Mobile	DR-ID1200 GPU EX-M1	1	台			
	胸部X線画像病変検出ソフトウェア (ライセンス)	DX CL EXTERNAL LINK SWL	1	式			
	CXR-AIDライセンス	CXR-AID MS 1SHOT V1.3	1	式			
	CXR-AIDインストーラ	LU-AI689 MS V1.3ME	1	式			
	EX-Mobile増設キット	EX-Mobile INSTALL KIT	1	式			
	取付・撤去費		1	式			
	小 計						
	消費税相当額		10	%			
	合 計						

令和 7 年度 デジタル X 線画像診断システム更新
仕 様 書

1 総則

- (1) 本仕様書は、加東市（以下「市」という。）が調達する物件に関し、必要な事項を定める。
(2) 受注者は、契約に当たり本仕様書を承認し、不明な点については市に質問し、十分に熟知したうえで契約すること。

2 業務名

令和 7 年度 デジタル X 線画像診断システム更新

3 納入期限

令和 8 年 1 月 3 0 日まで

4 納入場所

加東市家原 8 5 番地（加東市民病院レントゲン室）

5 調達物件の名称・規格及び数量に関する事項

調達する物件については次のとおりとする。

品名・形式	数量
富士フイルムメディカル(株)製品 Console Advance 及び EX-Mobile 【内訳】 ＜ 1 1 番レントゲン室＞ ・ ConsoleAdvance/DR-ID300CL (HP Elite SFF800 G9 DesktopPC) : 1 台 ・ タッチパネルモニタ 17 インチ (FDS1782T) : 1 台 ・ 増設用 LAN 基板 (780DT 以外用) : 1 台 ・ 取付費・撤去費 ＜ 1 2 番レントゲン室＞ ・ ConsoleAdvance/DR-ID300CL (HP Elite SFF800 G9 DesktopPC) : 1 台 ・ タッチパネルモニタ 17 インチ (FDS1782T) : 1 台 ・ 増設用 LAN 基板 (780DT 以外用) : 1 台 ・ 拡張ユニット EX-Mobile (DR-ID1200 付属品 EX-M1) : 1 台 ・ 胸部 X 線画像病変検出ソフトウェア (ライセンス) : 1 式 ・ CXR-AID ライセンス : 1 式 ・ CXR-AID インストーラ : 1 式 ・ EX-Mobile 設置キット : 1 式 ・ 取付・撤去費	1 式

6 納入に関する事項

- (1) 納入の日時については、市と十分に調整を行うこと。
(2) 関係部署と調整のうえ、指定された場所へ納入すること。

- (3) 院内では診察・検査等が行われている場合があるため、これらの妨げにならないように十分注意すること。
- (4) 患者や来院者等に接触することがないように安全面に十分注意すること。
- (5) 院内の設備等を損傷することがないように、また納入物件を破損することがないように管理面に十分注意すること。
- (6) 納入時には物件の使用方法、保証内容、附属品等の説明を十分に行うこと。

7 その他

- (1) 保証期間は導入後 1 年とし、その間に通常の使用により故障、不具合が発生した場合には、無償にて速やかに修理すること。
- (2) 本仕様書に定めのない事項については、市と受注者で協議のうえ定めるものとする。